



**ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 141/2019
PROCESSO N.º 226/2018**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI.

Tendo em vista erro material no Anexo II do Edital, temos a seguinte correção:

CORREÇÃO DO ITEM QUANTIDADE NO ANEXO II: MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ONDE SE LÊ:

Item	Descrição	Qtde	Marca	Unidade Medida	Valor Unit.	Valor Total
1	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO - ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPT. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO: NÃO ANTERIOR A 2019; COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA; MOTOR: MÍNIMO DE 127 CV TURBO DIESEL - CILINDRADAS: MÍNIMO DE 2.200 CC - Nº DE CILINDROS: 04; COMBUSTÍVEL: DIESEL S10; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TRACÇÃO: DIANTEIRA; AR CONDICIONADO; FARÓIS DE NEBLINA; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS PARA FECHAMENTO E TRAVAMENTO DAS PORTAS (DIANTEIRA, TRASEIRA E LATERAL); SINALIZADOR DE RÉ; ITENS DE SÉRIE ORIGINAIS DE FÁBRICA; COMPR. TOTAL MÍN. 5000MM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. ISOLAMENTO TÉRMICO: ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM PLACAS DE ISOPOR NAS LATERAIS E TETO DO VEÍCULO; REVESTIMENTO DO TETO E DAS LATERAIS EM ABS PERMITINDO FÁCIL E RÁPIDA HIGIENIZAÇÃO; PISO NIVELADO EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM MANTA VINÍLICA SEM EMENDAS COM VEDAÇÃO E CALAFETAGEM; DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DE ATENDIMENTO SERÁ ORIGINAL, COM JANELA DE CORRER (CENTRALIZADA NA	10,00				



<p>DIVISÓRIA); TODO MATERIAL UTILIZADO EM REVESTIMENTO E PISO DEVERÁ SER À PROVA D'ÁGUA.</p> <p>JANELAS: JANELA LATERAL INSTALADA NA PORTA LATERAL CORREDIÇA, COM VIDRO OPACO E DESLIZANTE NO PADRÃO AMBULÂNCIA; VIDROS PADRÃO AMBULÂNCIA NAS PORTAS TRASEIRAS.</p> <p>BANCOS E MACAS: BANCO BAÚ CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FÓRMICA, COM CINTO DE SEGURANÇA PARA 3 (TRÊS) ACOMPANHANTES HOMOLOGADO COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA ESTOFADOS NA COR CINZA, INSTALADOS NAS COSTAS DA DIVISÓRIA DA CABINE; BANCO GIRATÓRIO PARA MÉDICO, EM ESTRUTURA DE AÇO, COM CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM COURVIN NA COR CINZA; DUAS MACAS RETRÁTEIS EM ALUMÍNIO REFORÇADO, COM REGULAGEM DE ALTURA DE CABEÇA, CINTOS DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG; COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL COM COSTURA ELETRÔNICA; ACABAMENTOS EM AÇO INOX NA ENTRADA E LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DAS MACAS E QUINAS A VISTA.</p> <p>MÓVEIS: ARMÁRIO CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NA COR CINZA PLATINA E BRANCO POLAR, INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA, COM CANTOS ARREDONDADOS, COMPOSTO DE BALCÃO PARA ARMAZENAMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - 45X60X85 (L X C X A); ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, SISTEMAS DE TRAVAMENTO E PUXADOR.</p> <p>ELÉTRICA: PAINEL ELÉTRICO INTERNO, NA PAREDE LATERAL SOB A ARMÁRIO, COM 02 (DUAS) TOMADAS 12V (1 USB E 1 DC), ALÉM DE INTERRUPTORES PARA LUMINÁRIAS E VENTILADORES; ILUMINAÇÃO INTERNA COM 04 (QUATRO) LUMINÁRIAS EM LED REDONDAS, DE DUPLA INTENSIDADE, EMBUTIDAS NO TETO; FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE AS PORTAS TRASEIRAS; 01 (UM) VENTILADOR NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO; 01 (UM) EXAUSTOR NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO; SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO EM BARRA LINEAR OU ARCO DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM TRATAMENTO UV EM LED DE ALTA POTÊNCIA VERMELHO E SIRENE ELETRÔNICA E MÓDULO VARIÁVEL; SINALIZAÇÃO EXTERNA DE</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>ADVERTÊNCIA COMPOSTA 4 SINALIZADORES NA PARTE DIANTEIRA SENDO 2 VERMELHOS E 2 BRANCOS, E 2 NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ.MÍN.DE 90 FLASHES POR MINUTO QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, 2 SINALIZADORES TIPOS ESTROBOS INSTALADOS NOS FARÓIS DIANTEIROS E 2 NAS LANTERNAS TRASEIRAS;</p> <p>EQUIPAMENTOS: 01 (UM) SUPORTE DE SORO E PLASMA MÓVEL INSTALADO NO BALAUÍSTRE, TIPO DESLIZANTE, PARA AJUSTE DE USO NO SENTIDO LONGITUDINAL DO PACIENTE; 01 (UM) SUPORTE PARA DOIS CILINDROS (OXIGÊNIO) DE 1M³ CADA, MONTADOS DENTRO DO ARMÁRIO FIXADOS NA ESTRUTURA ORIGINAL DO VEÍCULO POR REFORÇO PRÓPRIO CONFECCIONADO EM AÇO, COM CINTA E CATRACA DE FIXAÇÃO;</p> <p>SISTEMA DE OXIGÊNIO: SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO CONTENDO: 01 (UM) CILINDRO EM ALUMÍNIO DE OXIGÊNIO DE 1M³; 01 (UMA) RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM SAÍDAS PARA OXIGÊNIO COMPOSTO DE FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, MÁSCARA COM CHICOTE, SENDO O FLUXÔMETRO PARA ASPIRADOR COM FRASCO E PONTO RESPIRADOR;</p> <p>BALAUÍSTRE: BALAUÍSTRE EM TUBO ENCAPSULADO, INSTALADO NO TETO;</p> <p>GRAFISMO: PALAVRA AMBULÂNCIA NA DIANTEIRA EM FORMA INVERTIDA E NA TRASEIRA AMBULÂNCIA NORMAL; 02 (DUAS) CRUZES (VIDA) VERMELHAS E 02 (DOIS) SÍMBOLOS DO SUS EM AZUL NAS LATERAIS;</p> <p>AR CONDICIONADO: AR CONDICIONADO PARA A CABINE E SALÃO DE ATENDIMENTO DEVERÃO SER INDEPENDENTES.</p> <p>LEGISLAÇÃO/NORMAS: TODO MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DO CONTRAN 498/2014, CONTRAN 416/2012, NBR 14561, NBR 6091, SAE J575 E SAE J595.</p>					
TOTAL DA PROPOSTA EM R\$					

LEIA-SE:

Item	Descrição	Qtde	Marca	Unidade Medida	Valor Unit.	Valor Total
1	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO - ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPT. PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO: NÃO ANTERIOR A 2019; COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA; MOTOR: MÍNIMO DE 127 CV TURBO DIESEL - CILINDRADAS: MÍNIMO DE 2.200 CC - Nº DE CILINDROS: 04; COMBUSTÍVEL: DIESEL S10;	1,00				



DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TRAÇÃO: DIANTEIRA; AR CONDICIONADO; FARÓIS DE NEBLINA; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS PARA FECHAMENTO E TRAVAMENTO DAS PORTAS (DIANTEIRA, TRASEIRA E LATERAL); SINALIZADOR DE RÉ; ITENS DE SÉRIE ORIGINAIS DE FÁBRICA; COMPR. TOTAL MÍN. 5000MM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO.

ISOLAMENTO TÉRMICO: ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM PLACAS DE ISOPOR NAS LATERAIS E TETO DO VEÍCULO; REVESTIMENTO DO TETO E DAS LATERAIS EM ABS PERMITINDO FÁCIL E RÁPIDA HIGIENIZAÇÃO; PISO NIVELADO EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM MANTA VINÍLICA SEM EMENDAS COM VEDAÇÃO E CALAFETAGEM; DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DE ATENDIMENTO SERÁ ORIGINAL, COM JANELA DE CORRER (CENTRALIZADA NA DIVISÓRIA); TODO MATERIAL UTILIZADO EM REVESTIMENTO E PISO DEVERÁ SER À PROVA D'ÁGUA.

JANELAS: JANELA LATERAL INSTALADA NA PORTA LATERAL CORREDIÇA, COM VIDRO OPACO E DESLIZANTE NO PADRÃO AMBULÂNCIA; VIDROS PADRÃO AMBULÂNCIA NAS PORTAS TRASEIRAS.

BANCOS E MACAS: BANCO BAÚ CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FÓRMICA, COM CINTO DE SEGURANÇA PARA 3 (TRÊS) ACOMPANHANTES HOMOLOGADO COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA ESTOFADOS NA COR CINZA, INSTALADOS NAS COSTAS DA DIVISÓRIA DA CABINE; BANCO GIRATÓRIO PARA MÉDICO, EM ESTRUTURA DE AÇO, COM CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM COURVIN NA COR CINZA; DUAS MACAS RETRÁTEIS EM ALUMÍNIO REFORÇADO, COM REGULAGEM DE ALTURA DE CABEÇA, CINTOS DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG; COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL COM COSTURA ELETRÔNICA; ACABAMENTOS EM AÇO INOX NA ENTRADA E LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DAS MACAS E QUINAS A VISTA.

MÓVEIS: ARMÁRIO CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NA COR CINZA PLATINA E BRANCO POLAR, INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA, COM CANTOS ARREDONDADOS, COMPOSTO DE



<p>BALCÃO PARA ARMAZENAMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - 45X60X85 (L X C X A); ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, SISTEMAS DE TRAVAMENTO E PUXADOR.</p> <p>ELÉTRICA: PAINEL ELÉTRICO INTERNO, NA PAREDE LATERAL SOB A ARMÁRIO, COM 02 (DUAS) TOMADAS 12V (1 USB E 1 DC), ALÉM DE INTERRUPTORES PARA LUMINÁRIAS E VENTILADORES; ILUMINAÇÃO INTERNA COM 04 (QUATRO) LUMINÁRIAS EM LED REDONDAS, DE DUPLA INTENSIDADE, EMBUTIDAS NO TETO; FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE AS PORTAS TRASEIRAS; 01 (UM) VENTILADOR NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO; 01 (UM) EXAUSTOR NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO; SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO EM BARRA LINEAR OU ARCO DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM TRATAMENTO UV EM LED DE ALTA POTÊNCIA VERMELHO E SIRENE ELETRÔNICA E MÓDULO VARIÁVEL; SINALIZAÇÃO EXTERNA DE ADVERTÊNCIA COMPOSTA 4 SINALIZADORES NA PARTE DIANTEIRA SENDO 2 VERMELHOS E 2 BRANCOS, E 2 NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ.MÍN.DE 90 FLASHES POR MINUTO QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, 2 SINALIZADORES TIPOS ESTROBOS INSTALADOS NOS FARÓIS DIANTEIROS E 2 NAS LANTERNAS TRASEIRAS;</p> <p>EQUIPAMENTOS: 01 (UM) SUPORTE DE SORO E PLASMA MÓVEL INSTALADO NO BALAUÍSTRE, TIPO DESLIZANTE, PARA AJUSTE DE USO NO SENTIDO LONGITUDINAL DO PACIENTE; 01 (UM) SUPORTE PARA DOIS CILINDROS (OXIGÊNIO) DE 1M³ CADA, MONTADOS DENTRO DO ARMÁRIO FIXADOS NA ESTRUTURA ORIGINAL DO VEÍCULO POR REFORÇO PRÓPRIO CONFECCIONADO EM AÇO, COM CINTA E CATRACA DE FIXAÇÃO;</p> <p>SISTEMA DE OXIGÊNIO: SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO CONTENDO: 01 (UM) CILINDRO EM ALUMÍNIO DE OXIGÊNIO DE 1M³; 01 (UMA) RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM SAÍDAS PARA OXIGÊNIO COMPOSTO DE FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, MÁSCARA COM CHICOTE, SENDO O FLUXÔMETRO PARA ASPIRADOR COM FRASCO E PONTO RESPIRADOR;</p> <p>BALAUÍSTRE: BALAUÍSTRE EM TUBO ENCAPSULADO, INSTALADO NO TETO;</p> <p>GRAFISMO: PALAVRA AMBULÂNCIA NA DIANTEIRA EM FORMA INVERTIDA E NA TRASEIRA AMBULÂNCIA NORMAL; 02 (DUAS) CRUZES (VIDA) VERMELHAS E 02 (DOIS) SÍMBOLOS DO SUS EM AZUL NAS LATERAIS;</p> <p>AR CONDICIONADO: AR CONDICIONADO PARA</p>					
---	--	--	--	--	--



A CABINE E SALÃO DE ATENDIMENTO DEVERÃO SER INDEPENDENTES. LEGISLAÇÃO/NORMAS: TODO MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DO CONTRAN 498/2014, CONTRAN 416/2012, NBR 14561, NBR 6091, SAE J575 E SAE J595.					
TOTAL DA PROPOSTA EM R\$					

Por se tratar de erro material, a presente Errata do edital, não tem o condão de afetar a **formulação** das **propostas**. Fica mantida a data da sessão de entrega dos envelopes de propostas e documentação para o dia:

26 de NOVEMBRO de 2019, até às 13:30 horas.

Ficam mantidas as demais condições estabelecidas no Ato convocatório.

Publique-se.

Araguari, 11 de novembro de 2019.

Guilherme Afonso de Figueiredo Martins
Secretário Municipal de Saúde

Rosana Aparecida Pereira Arcelino
Pregoeira