



Prefeitura Municipal de

ARAGUARI

Departamento de Licitações e Contratos - PMA

TERMO DE "ADENDO" REFERENTE AO PREGÃO Nº 107/2010.

Pelo presente termo, o Departamento de Licitações e Contratos faz saber que em relação ao Edital de Pregão nº 107/2010, foi alterado a data de apresentação da documentação e propostas comerciais perante o Pregoeiro e sua equipe de apoio.

Desse modo, onde se lê no edital a descrição dos itens:

ITEM	QUANTID	UNID.	DESCRIÇÃO			
06	2.000	UNID	CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 18 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO "POR - FORA - DA - AGULHA",COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO,INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 18 G.EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS.			
07	2.000	UNID	CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 20 G- CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO "POR - FORA - DA - AGULHA",COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO,INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 20 G.EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS.			
08	2.000	UNID	CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 22 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO "POR - FORA - DA - AGULHA",COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO,INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 22 G.EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS.			
	3.000	UNID	CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 24 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO "POR - FORA - DA - AGULHA",COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E 2 VIAS DE ACESSO,INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MEDIA DURAÇÃO. POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI - ANGULADO E TRIFACETADO CONECTADA AO MANDRIL GUIA E PUXADOR, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE E APIROGÊNICO. CALIBRE 24 G.EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA EM PÉTALAS.			
18	15.000	UNID	SERINGA - DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 3 ML, CORPO CILÍNDRICO,ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML. SERINGA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA NORMA TÉCNICA NR 32, QUE AO SER AÇIONADA DESLOCA A AGULHA PARA O INTERIOR DO			



Prefeitura Municipal de

ARAGUARI

Departamento de Licitações e Contratos - PMA

			CILINDRO (PRIMÁRIO) E QUEBRA A HASTE APÓS O USO, COMPATÍVEL COM QUALQUER AGULHA. CONFIRMAÇÃO DE TRAVAMENTO (AUDÍVEL / TÁTIL / VISÍVEL)			
19	40.000	UNID	SERINGA - DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5 ML, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML. SERINGA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA NORMA TÉCNICA NR 32, QUE AO SER ACIONADA DESLOCA A AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO (PRIMÁRIO) E QUEBRA A HASTE APÓS O USO, COMPATÍVEL COM QUALQUER AGULHA. CONFIRMAÇÃO DE TRAVAMENTO (AUDÍVEL / TÁTIL / VISÍVEL)			
20	40.000	UNID	SERINGA - DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 10 ML, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML. SERINGA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA NORMA TÉCNICA NR 32, QUE AO SER ACIONADA DESLOCA A AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO (PRIMÁRIO) E QUEBRA A HASTE APÓS O USO, COMPATÍVEL COM QUALQUER AGULHA. CONFIRMAÇÃO DE TRAVAMENTO (AUDÍVEL / TÁTIL / VISÍVEL)			

“leia-se”:

ITEM	QUANT	UN.	DESCRIÇÃO
6	2.000	Unid.	Cateter de segurança intravenoso periférico 18G - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 18G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido. tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
7	2.000	Unid.	Cateter de segurança intravenoso periférico 20G - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 20G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido. tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
8	2.000	Unid.	Cateter de segurança intravenoso periférico 22G - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 22G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido. tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	3.000	Unid.	Cateter de segurança intravenoso periférico 24G - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 24G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido. tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado



Prefeitura Municipal de
ARAGUARI

Departamento de Licitações e Contratos - PMA

			individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
18	15.000	Unid.	Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 3ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
19	40.000	Unid.	Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 5ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
20	40.000	Unid.	Seringa de segurança descartável estéril de plástico atóxico, capacidade de 10ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura

Diante da alteração feita no corpo do edital, a data de entrega dos envelopes e a abertura da licitação que estava marcada para o dia 25/10/2010, às 08hs30min, fica adiada para o dia **11/11/2010, às 08hs30min.** Neilton dos Santos Andrade – Pregoeiro Municipal.

Araguari/MG, 22 de Outubro de 2010.

Neilton dos Santos Andrade
Pregoeiro Municipal