



TERMO DE "ADENDO" REFERENTE AO PREGÃO Nº 101/2010.

Pelo presente termo, o Departamento de Licitações e Contratos faz saber que em relação ao Edital de Pregão nº 101/2010, após o acolhimento das impugnações ao edital., foram feitas as alterações abaixo, sendo também alterada a data de apresentação da documentação e propostas comerciais perante o Pregoeiro e sua equipe de apoio.

Desse modo, retifica-se no Anexo I do Edital Convocatório (modelo de Proposta Comercial), o seguinte:

Onde se lê:

ITEM	QUANT	UN.	DESCRIÇÃO
			Requisição 2267/2010 – Secretaria Municipal de Saúde – Prestação de Serviços – Verba 15% 9.979-1.
01	02	Unid	locação - bipap (suporte de pressão com garantia de volume médio) ventilador para suporte ventilatório não-invasivo " microprocessado; " com fonte própria e integrada de fornecimento de ar comprimido; " indicadores numéricos de parâmetros ajustáveis; " com sistema de ajuste automático da sensibilidade inspiratória e expiratória para compensação de vazamentos permitindo performance; " aplicação de VMNI com as inevitáveis fugas; " ciclagem por mecanismo de tempo e de fluxo; " software em português; " 100 a 240 volts; " flexibilidade para atualizações futuras (novas modalidades ou recursos). modalidades " espontâneo (SPONT) " espontâneo controlado (SPONT/TIMED) " controlado (TIMED) " pressão controlada (pressure control) parâmetros ajustados pelo operador de forma direta: " frequência mandatória - 0 a 30 IPM " tempo inspiratório ajustável de 0,5 até 3 segundos " tempo de elevação da onda de pressão ajustável pelo operador (rise time) de 100 a 600 MSEG. " pressão de IPAP - 4 a 30cm H2O " pressão de EPAP - 4 a 25cm H2O " pressão de CPAP - 4 a 20cm H2O " rampa - 0 a 45 minutos " IPAP MAX e IPAP MIN. - AVAPS " vol. médio - AVAPS



Prefeitura Municipal de
ARAGUARI

Departamento de Licitações e Contratos - PMA

			<p>indicadores monitorados</p> <ul style="list-style-type: none"> " volume corrente " volume total " perda/ fuga " frequência respiratória <p>alarmes</p> <ul style="list-style-type: none"> " desconexão " apnéia " volume baixo " falha geral do equipamento " perda de energia durante o funcionamento " baixa carga na bateria ou bateria descarregada
--	--	--	--

Leia-se:

ITEM	QUANT	UN.	DESCRIÇÃO
			Requisição 2267/2010 – Secretaria Municipal de Saúde – Prestação de Serviços – Verba 15% 9.979-1.
01	02	Unid	<p>locação - bipap (suporte de pressão com garantia de volume médio)</p> <p>ventilador para suporte ventilatório não-invasivo</p> <ul style="list-style-type: none"> " microprocessado; " com fonte própria e integrada de fornecimento de ar comprimido; " indicadores numéricos de parâmetros ajustáveis; " com sistema de ajuste automático da sensibilidade inspiratória e expiratória para compensação de vazamentos permitindo performance; " aplicação de VMNI com as inevitáveis fugas; " ciclagem por mecanismo de tempo e de fluxo; " software em português; " 100 a 240 volts; " flexibilidade para atualizações futuras (novas modalidades ou recursos). <p>modalidades</p> <ul style="list-style-type: none"> " espontâneo (SPONT) " espontâneo controlado (SPONT/TIMED) " controlado (TIMED) " pressão controlada (pressure control) <p>parâmetros ajustados pelo operador de forma direta:</p> <ul style="list-style-type: none"> " frequência mandatória - 0 a 30 IPM " tempo inspiratório ajustável de 0,5 até 3 segundos " tempo de elevação da onda de pressão ajustável pelo operador (rise time) de 100 a 600 MSEG. " pressão de IPAP - 4 a 30cm H2O " pressão de EPAP - 4 a 25cm H2O " pressão de CPAP - 4 a 20cm H2O " rampa - 0 a 45 minutos " IPAP MAX e IPAP MIN. - AVAPS " vol. médio - AVAPS



Prefeitura Municipal de
ARAGUARI

Departamento de Licitações e Contratos - PMA

			indicadores monitorados " volume corrente " volume total " perda/ fuga " frequência respiratória alarmes " desconexão " apnéia " volume baixo " falha geral do equipamento " perda de energia durante o funcionamento " baixa carga na bateria ou bateria descarregada Acessórios Bateria externa No break Umidificador integrado Circuito invasivo ou não invasivo Mascara para circuito não invasivo Conector para traqueostomia
--	--	--	--

O Edital deverá ainda conter as seguintes exigências: **Entrega do Aparelho (Bipap, Concentradores de Oxigênio) deverá ser feita na residência do paciente; Prestação de assistência técnica enquanto o parêntese estiver locado; Curso para utilização do aparelho fornecido para família do paciente; Disponibilidade de técnico, quando necessário, em um prazo máximo de até 6 (seis) horas contadas a partir da solicitação pela Contratante.** Ressaltamos **também que deverá SUPRIMIR** a seguinte exigência: 7.2.4.2. **Apresentação das seguintes declarações: I) Declaração de possibilidade operacional na cidade de Araguari (para empresas com sede em outro município) e 11.1.4 - Tendo a licitante sua sede em outra cidade, durante o prazo de validade do contrato a mesma deverá manter uma filial na cidade de Araguari/MG, devido à necessidade de urgência na prestação dos serviços. O item 7.2.4.1 passa a ter a seguinte redação: 7.2.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado **compatível com o objeto do Edital**. Os atestados de Capacidade Técnica terão prazo de validade indeterminado, salvo quando no mesmo estiver explícita sua validade. Diante da alteração feita no corpo do edital, a data de entrega dos envelopes e a abertura da licitação que estava marcada para o dia 19/10/2010, às 10hs30min, fica adiada para o dia **05/11/2010, às 09hs00min**. Fernando de Almeida Santos – Pregoeiro Municipal.**

Araguari/MG, 18 de outubro de 2010.

Levi de Almeida Siqueira
Secretário Municipal de Administração

Neilton dos Santos Andrade
Pregoeiro